調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	６９１０－２８１－８４０７－５	仕　様　書　番　号	
模型，心肺そ生訓練用，記録式２型		GM－Ｔ１０６４５０Ｂ	
		作　成	平成１２年　7月１７日
		変　更	平成２４年４月２５日
		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の心肺蘇生訓練用模型について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　製品の表示は，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ　Ｚ　８０１１による１種銘板を表示する。

b)　１種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.1による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　取扱説明書（日本語版）　　１部

b)　附属品明細表（様式適宜）　　１部

c)　納入品カタログ　　１部

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	１部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GM－T１０６４５０B
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成２４年　４月２５日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名[a)]
心肺蘇生訓練用模型	レールダル　メディカル　ジャパン㈱ レサシアン 全身スキルレポータモデル（ハードケース付） ３１００５５０５ 日本スリービー・サイエンティフィック㈱ レサシアン ＣＰＲ全身 スキルレポータモデル(ハードケース付) Ｗ１９６０７ ㈱坂本モデル レサシアン スキルレポータモデル　Ｍ１６１ ㈱京都科学 レサシアン スキルレポータモデル　Ｍ－２２ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　訓練項目は，気道の確保，人工呼吸，心臓マッサージ，頸動脈触診，搬送，救助，応急手当及び頸部固定が行えるものとする。

b)　頸動脈の脈拍シミュレーション機能を有するものとする。

c)　評価装置を有し，評価装置は，人体図上への圧迫位置の違いなどの表示機能，吹き込み量と圧迫深度のバーグラフ表示機能及びメトロノーム機能を有するものとする。

d)　評価装置は，印字機能を有し，評価結果（ＣＰＲ曲線及び統計データ）を出力できるものとする。

e)　応急手当訓練用及び搬送訓練用の可動式四肢模型の接続が可能であるものとする。

f)　電源は，内蔵乾電池とする。

g)　寸法は，身長を１６０　ｃｍ以下とし，質量は，１５　ｋｇ以下とする。